

125/1



# Prefeitura Municipal de Taubaté

## Estado de São Paulo

13/12/2017

### ESCLARECIMENTO

#### PREGÃO PRESENCIAL Nº 309/17

Aquisição de aparelho de ultrassonografia e ecocardiografia.

Referente ao questionamento de licitantes, temos a esclarecer:

**Pergunta 1 – De:** SISTEMA COMPLETAMENTE DIGITAL DE NO MINIMO 4.700.000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA ULTRASSONOLOGIA DIAGNOSTICA COM SOFTWARE GERAL PARA APLICACOES EM EXAME DE MEDICINA INTERNA, OBSTETRICIA/GINECOLOGIA, UROLOGIA, PEQUENAS PARTES (MAMA, TIREOIDE, MUSCULO ESQUELETICO), VASCULAR, VASCULAR PERIFERICA, CARDIOLOGIA ADULTO E PEDIATRICA.

**Alterar para:** SISTEMA COMPLETAMENTE DIGITAL DE NO MINIMO 65.000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA ULTRASSONOLOGIA DIAGNOSTICA COM SOFTWARE GERAL PARA APLICACOES EM EXAME DE MEDICINA INTERNA, OBSTETRICIA/GINECOLOGIA, UROLOGIA, PEQUENAS PARTES (MAMA, TIREOIDE, MUSCULO ESQUELETICO), VASCULAR, VASCULAR PERIFERICA, CARDIOLOGIA ADULTO E PEDIATRICA.

**Justificativa:** O alto valor solicitado é incompatível com as características do equipamento solicitado. A alteração visa equiparar possíveis concorrentes em recursos e tecnologias, sendo passível de direcionamento restringindo participações.

**Resposta 1 –** Ressaltamos que foram realizadas pesquisas com os profissionais da área para adquirir um equipamento com características de alta qualidade com a finalidade de suprir as necessidades da unidade objetivando um atendimento especializado e de qualidade aos munícipes de Taubaté, além de ter sido realizado um levantamento de preço antes de acontecer o processo licitatório, haja vista que não há restrições de participações de empresas, tendo em vista que a característica solicitada é encontrada no mercado.

**Pergunta 2 - De:** PAINEL DE CONTROLE ERGONOMICO COM AJUSTE DE ALTURA E GIRO, COM TELA DO TIPO "TOUCH SCREEN" E ESTILO TABLET COM PELO MENOS 12 POLEGADAS E SISTEMA DE MANUSEIO DO CURSOR POR "TRACKBALL".

**Alterar para:** PAINEL DE CONTROLE ERGONOMICO COM AJUSTE DE ALTURA E/OU GIRO, COM TELA DO TIPO "TOUCH SCREEN" E SISTEMA DE MANUSEIO DO CURSOR POR "TRACKBALL".

**Justificativa:** A sugestão permitirá um maior número de participantes do pleito, não interferindo diretamente na qualidade de imagem do equipamento as ser ofertado.

**Resposta 2 -** Conforto para usuário e performance do equipamento dando agilidade ao atendimento realizado.

126/11



# Prefeitura Municipal de Taubaté

## Estado de São Paulo

**Pergunta 3** - De: MONITOR DE LCD COM APROXIMADAMENTE 22 POLEGADAS COM BRACO ARTICULADO;

**Alterar para:** MONITOR DE LCD COM APROXIMADAMENTE 19 POLEGADAS COM BRACO ARTICULADO

**Justificativa:** A alteração permite um maior número de participantes do certame uma vez que não interfere no desempenho do equipamento a ser ofertado, tendo o modelo sugerido uma resolução para visualização de imagens superior e área de exibição de forma Full.

**Resposta 3** - *Maior agilidade no atendimento, maior a definição de imagem e detalhes no momento do diagnóstico, e melhor performance em geral.*

**Pergunta 4** - De: TAXA DE QUADROS SUPERIORES A 1.400 QUADROS POR SEGUNDO;

**Alterar para:** TAXA DE QUADROS SUPERIORES A 1.100 QUADROS POR SEGUNDO

**Justificativa:** A sugestão visa equiparar possíveis concorrentes em recursos e tecnologias, não interferindo assim no desempenho do mesmo.

**Resposta 4** - *Como a máquina está configurada para cardiologia o número de quadros por segundos é muito importante por se tratar de uma velocidade alta de fluxo sanguíneo e também realizar um diagnóstico correto.*

**Pergunta 5** - De: FAIXA DINAMICA SUPERIOR A 270 DB;

**Alterar para:** FAIXA DINAMICA SUPERIOR A 210 DB

**Justificativa:** A Faixa dinâmica determina a quantidade de tons de cinza que são usados para criar uma imagem. Grande maioria das empresas trabalham com faixa dinâmica de no mínimo 210 dB que garante um padrão excelente de imagem. A alteração permitirá um maior número de participantes do pleito e não interferirá no desempenho do equipamento ofertado.

**Resposta 5** - *Se faz necessário uma taxa alta de DB para uma melhor performance do equipamento.*

**Pergunta 6** - De: MODO MANATOMICO COM COLOR EM TEMPO REAL;

**Alterar para:** MODO ANATOMICO COM COLOR.

**Justificativa:** A alteração permitirá que cada empresa ofereça solução compatível a seu equipamento, uma vez que a mesma não interfere no desempenho do mesmo, aumentando assim a competitividade do certame.

**Resposta 6** - *Melhor diagnostico com menor tempo para realização dos exames, garantindo um diagnóstico preciso e agilidade no atendimento.*

**Pergunta 7** - De: UM (1) TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AOS EXAMES DE VASCULAR E VASCULAR PERIFERICO DE MEMBROS INFERIORES, ALEM DE PEQUENAS PARTES, MAMA E MUSCULO-ESQUELETICO POSSUINDO FAIXA DE FREQUENCIA DE 5 A 12 MHZ, COM 256 ELEMENTOS DE CRISTAIS.

**Alterar para:** UM (1) TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AOS EXAMES DE VASCULAR E VASCULAR PERIFERICO DE MEMBROS INFERIORES, ALEM DE PEQUENAS PARTES, MAMA E MUSCULO-

12712



# Prefeitura Municipal de Taubaté

## Estado de São Paulo

ESQUELETICO POSSUINDO FAIXA DE FREQUENCIA DE 5 A 12 MHZ, COM 192 ELEMENTOS DE CRISTAIS

**Justificativa:** Solicitação restritiva, passível de direcionamento. Não são todas as empresas que possuem transdutores com as características solicitadas.

**Resposta 7** - *A importância é quanto maior o número de elementos maior a definição de imagem podendo diagnosticar doenças com maior precisão possibilitando um tratamento adequado e preciso.*

**Pergunta 8 - Retirar:** MENU COMPLETO DE AJUDA ON-LINE DE TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO.

**Justificativa:** Solicitação restritiva atendida por apenas uma empresa no mercado. Restritiva, passível de direcionamento.

**Resposta 8** - *O menu de ajuda online é um recurso que homenageia a vantajosidade pública, já que trata-se de um recurso que visa auxiliar o usuário do equipamento de ultrassom a dirimir possíveis dúvidas decorrentes do exercício dos exames ultrassonográficos. Ressaltamos que existem outras empresas que oferecem essa tecnologia, não sendo de exclusividade de uma empresa.*

**Pergunta 9 - De:** MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PAPEL E ELETRÔNICO (EMBUTIDO NO EQUIPAMENTO).

**Alterar para:** MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PAPEL E ELETRÔNICO (EMBUTIDO OU NÃO NO EQUIPAMENTO).

**Justificativa:** A alteração permite que cada empresa ofereça solução a atender o memorial descrito. Não interfere no desempenho do mesmo.

**Resposta 9** - *O mesmo se faz necessário para o conhecimento de manuseio do equipamento, facilitando a operação do mesmo.*

**Comunica ainda que permanecem inalterados data e horário do presente certame.**

  
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL